

**Pedido de Cotação  
Número: 00208/2020**

Empresa: FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSAO E PESQUISA  
Usuário: SUELE SILVA - Data: 22/04/2020 - Hora: 01:54

<b>Data do Pedido:</b> 22/04/2020	<b>Data prevista p/ Avaliação das Propostas:</b>
<b>Data Limite para Entrega de Proposta:</b>	<b>Hora Limite para Entrega de Proposta:</b>
<b>Projeto:</b> 1498 - COVID-19	
<b>Regras:</b> ADOTAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES CONFORME DETERMINA O INSTRUMENTO LEGAL.	
<b>ATENÇÃO: MANTER CONTROLE PARA LIMITES DE COMPRAS E SERVIÇOS</b>	
<b>Comprador:</b> SUELE SILVA	
<b>Coordenador:</b> JOSEALDO TONHOLO	

Estando a FUNDEPES - FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSAO E PESQUISA - interessada na aquisição de Materiais de Permanente, para atender ao Convênio: 1498 - COVID-19, este departamento solicita a Vossa Senhoria, apresentar proposta comercial, de acordo com as especificações constantes neste documento, em moeda nacional.

A presente aquisição é regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, uma vez que a origem do recurso é pública. Para a apuração do resultado, é necessário que a empresa apresente as Certidões de Regularidade junto ao INSS, FGTS e de Tributos Federais, além de Declaração de Superveniência de Fatos Impeditivo.

Certos da atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais DCNIL - Departamento de Compras Nacionais, Internacionais e licitação (logistica@fundepes.br), localizado à Rua do Livramento-MACEIO-Centro-57.020-030 ou através dos telefones (082) 2122-5353. SUELE SILVA

Sub-Grupo	Material/Serviço	Unidade	Quantidade
OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES	<b>OSMOSE</b> Detalhe do Material/Serviço: OSMOSE REVERSA PORTÁTIL SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES: POSSUIR A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO MÍNIMA DE 90L/H; POSSUIR SISTEMA COMPACTO E TRANSPORTÁVEL COM CARENAGEM COM REVESTIMENTO ACÚSTICO E PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO, AÇO CARBONO OU AÇO INOX; POSSUIR RODÍZIOS TODOS COM FREIOS; POSSUIR PRÉ-FILTRO DE SEDIMENTOS COM CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE MENOR OU IGUAL A 5 MICRAS; POSSUIR PRÉ-FILTRO DE CARVÃO ATIVADO; POSSUIR MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA DO TIPO TFC (THIN FILM COMPOSITE), COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO SOLICITADA; POSSUIR BOMBA DE PRESSÃO EM AÇO INOX QUE COMPENSE BAIXAS PRESSÕES DA REDE; POSSUIR A CAPACIDADE DE ATENDER ATÉ DOIS EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE SIMULTANEAMENTE. POSSUIR SISTEMA QUE PERMITA A REGULAGEM DE PRODUÇÃO E DE RECUPERAÇÃO (POSSIBILIDADE DE RECICLAR PARCIALMENTE O REJEITO DE ÁGUA PRODUZIDA); POSSUIR SISTEMA QUE POSSUA APRESENTAÇÃO DA PRESSÃO DE ENTRADA DA ÁGUA DA REDE E DA PRESSÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DA BOMBA, PODENDO SER ESTA ANALÓGICA OU DIGITAL; POSSUIR ALARME DE ALTA CONDUTIVIDADE (MAIOR OU IGUAL A 10 ΩS/CM); POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DO MOTOR; POSSUIR CONDUTIVÍMETRO DIGITAL; POSSUIR ALÇAS PARA FIXAÇÃO DAS MANGUEIRAS DE REJEITO, ÁGUA TRATADA E ENTRADA DE ÁGUA; A QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA PELO EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA RDC 154 DA ANVISA, ONDE SÃO DEFINIDOS OS PARÂMETROS DE QUALIDADE MÍNIMOS PARA A ÁGUA DE HEMODIÁLISE. POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 0 01 MANGUEIRA PARA SAÍDA DE REJEITO; 0 01 MANGUEIRA PARA SAÍDA DE ÁGUA TRATADA; 0 01 MANGUEIRA PARA ENTRADA DE ÁGUA; 0 AS TRÊS MANGUEIRAS ACIMA MENCIONADAS DEVEM POSSUIR CORES DISTINTAS PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO PELO OPERADOR; POSSUIR CHAVE(S) RAQUETE(S) QUE POSSIBILITEM A TROCA DE TODOS OS ELEMENTOS FILTRANTEIS E MEMBRANA OU SISTEMA SIMILAR QUE PERMITA A TROCA. DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E SUAS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS.? TENSÃO DE ENTRADA PREFERENCIALMENTE 220V; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VÁLIDO. POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL AUTORIZADA EM UM RAIO MÁXIMO DE 300KM DE MACEIÓ -AL. FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONEXÕES, ACESSÓRIOS, ETC., INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. FORNECIMENTO DE MANUAL(IS) DE OPERAÇÃO ORIGINAL(IS) E ATUALIZADO(S). DEVERÁ SER CONFIRMADO NA PROPOSTA PARA ENTREGA JUNTAMENTE COM O(S) EQUIPAMENTO(S); FORNECIMENTO DE MANUAL(IS) DE MANUTENÇÃO (SERVIÇO) ORIGINAL(IS) E ATUALIZADO(S). ISTO INCLUI LISTA DE PEÇAS E SEUS RESPECTIVOS CÓDIGOS, VISTA EXPLODIDA, ROTINAS DE CALIBRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AUTOTESTE, ALÉM DE SENHAS PARA ACESSO AO MODO DE SERVIÇO. DEVERÁ SER CONFIRMADO NA PROPOSTA PARA ENTREGA JUNTAMENTE COM O(S) EQUIPAMENTO(S). FORNECIMENTO DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEM ÔNUS ADICIONAL PARA O HUPAA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES); FORNECIMENTO DE TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SEM ÔNUS ADICIONAL PARA O HUPAA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES). ISTO INCLUI ROTINAS DE CALIBRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AUTOTESTE. FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES ESPECÍFICAS PARA O EQUIPAMENTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, AUTORIZADA. INDICAR EMPRESA(S) RESPONSÁVEL(IS) E RESPECTIVO(S) ENDEREÇO(S). OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA TODOS OS CATÁLOGOS E MATERIAL(IS) ILUSTRATIVO(S), REFERENTE(S) AO(S) MODELO(S) OFERTADO(S), COMPROBATÓRIOS DOS ITENS DESTA DESCRIÇÃO TÉCNICA, ORIGINAL(IS) OU EM CÓPIA COLORIDA. GARANTIA MÍNIMA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES.	UNIDADE	1,00

Local Previsto p/ Entrega/Execução: AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/N -, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MACEIÓ, TABULEIRO, AL



Pedido de Cotação  
Número: 00208/2020

---

Empresa: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSAO E PESQUISA  
Usuário: SUELE SILVA - Data: 22/04/2020 - Hora: 01:54

---

OBS: O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO, DEVERÁ SER COTADO COM PREÇOS CIF - MACEIÓ-AL, INDICANDO O PRAZO DE ENTREGA. DEVENDO SER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, CONTENDO ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA.

O PRAZO PARA O PAGAMENTO É DE ATÉ 30 DIAS APÓS PROTOCOLADA, NA FUNDEPES, A NOTA FISCAL E/OU BOLETO BANCÁRIO.

A FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA É CONSUMIDOR FINAL.